

1. UZŅĒMUMA IDENTIFIKATORS

Uzņēmuma nosaukums

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

DIENNAKTS ĀRKĀRTAS TĀLRUŅA NUMURS

(920) 457-5051
Informācijas tālrunis
(920) 457-5051

2. PRODUKTA IDENTIFIKĀCIJA

Produkta nosaukums: Skābais kodinātājs (gēls/šķidrums)
Produkta apraksts: Līmviela – 37% fosforskābes kodinātājs
Product Part Number: REF 020-028536 un REF 020-028535
Materiāls: Fosforskābe

3. INDIKĀCIJAS LIETOŠANAI, PIELIETOJUMA JOMA

Skābais kodināšanas līdzeklis ir fosforskābes bāzes kodinātājs, ko izmanto emaljas un dentīna kodināšanai, lai veicinātu grunts/saistvielas līmvielu pielipšanu pie zoba struktūras un atjaunošanas materiāliem.

4. KONTRINDIKĀCIJAS

Zobārstniecības speciālista un/vai ortodonta primārā atbildība ir identificēt jebkādas iespējamās kontrindikācijas, kas var attiekties uz American Orthodontics izstrādājuma lietošanu.

5. BRĪDINĀJUMI

Skābes tipa kodinātāja sastāvā ir fosforskābe, un tas ir korozīvs. Izvairieties no saskares ar acīm, gļotādu un ādu. Skatiet American Orthodontics DDL “Fosforskābe”.

Skābā kodinātāja sastāvā ir vara polifitalocianīns un hinolīna dzeltenā pārtikas, zāļu un kosmētikas (FD&C) krāsviela Nr. 10. Pacienti, kas ir jutīgi vai ir alerģiski pret šīm krāsvielām, nedrīkst saskarties ar šo izstrādājumu.

6. BLAKUSPARĀDĪBAS

Lietošanas laikā var parādīties nevēlamas blakusparādības, kas var ietvert alerģiskas reakcijas, nelielu diskomfortu un sāpes.

7. SAGATAVOŠANAS PROCEDŪRAS

1. Izmantojot rotācijas instrumentu ar gumijas uznavu vai birstīti, noberziet līmējamās emaljas virsmu(-as).
2. Neizmantojiet profilaktiskās pastas, kas satur eļļu. Tās var atstāt plēvīti, kas vājina kodinājumu.
3. Izskalojiet rūpīgi un noskalojiet zobus ar saspīestu gaisu, kurā nav eļļas/mitruma.

8. NORĀDĪJUMI PAR DARBĪBU SECĪBU

PIEZĪME: Izmantojot citas gēla kodināšanas sistēmas, skatiet ražotāja lietošanas instrukciju. Turpmāk sniegtā procedūra attiecas uz American Orthodontics skābes tipa kodinātāju.

1. Uzlieciet skābo kodinātāju uz sajakšanās paliktņa.
2. Izolējiet kodināmos zobus.
3. Uzklājiet skābo kodinātāju uz visas līmējamās virsmas. Nenoberziet skābo kodinātāju no emaljas. Neuzlieciet skābo kodinātāju uz mīkstajiem audiem.
4. Ļaujiet kodinātājam 30 sekundes iedarboties (piena zobiem 60 sekundes).
5. Noskalojiet katru zobu ar ūdens/gaisa smidzinātāju 10 sekundes (20 sekundes gēla tipa kodinājumam), lai pārtrauktu kodināšanas procesu. Kodinātājam laukumam vajadzētu izskatīties ledusbaltam. Ja tas tā nav, kodiniet vēl 10 –15 sekundes.
6. Noņemiet demineralizētās daļiņas

9. UZGLABĀŠANA UN TRANSPORTĒŠANAS APSTĀKĻI

Uzglabāšana

- Turiet tvertni cieši noslēgtu.
- Uzglabāšanas temperatūra 10° līdz 25°C (50° līdz 77°F).
- Uzglabāšanas laiks istabas temperatūrā ir atkarīgs no derīguma termiņa. Lai optimizētu glabāšanas laiku, veiciet krājumu rotāciju.

Transportēšana

- Transportēšanas temperatūra ir no 10° līdz 25°C (50° līdz 77°F).
- Raupja vai nevīžīga rīkošanās var izraisīt izstrādājuma bojājumus.

10. UTILIZĀCIJAS NOSACĪJUMI

Nelielu skābes tipa kodinātāja daudzumu var atšķaidīt ar bagātīgu ūdens devu, aizskalojot to kanalizācijā. Lielāki daudzumi jālikvidē saskaņā ar vietējiem/valsts likumiem. Tukšo iepakojumu pēc rūpīgas un pareizas tīrīšanas var pārstrādāt.

11. GARANTIJAS SAISTĪBAS

Pircēja tiesiskās aizsardzības līdzekļi attiecībā uz jebkādam prasībām, kas izriet no jebkādiem jebkuras preces vai pakalpojuma defektiem, attiecas tikai uz šādu preču remonta vai nomaīgas tiesībām (pēc pārdevēja izvēles) vai pirkuma cenas atmaksāšanu. Nekādā gadījumā pārdevējs nav atbildīgs par jebkādiem izrietošiem vai nejaušiem bojājumiem, tostarp par zaudētiem ienākumiem, kas radušies attiecībā uz jebkuru izstrādājumu vai pakalpojumu, ko pārdevējs sniedz pircējam. Sūdzības par bojājumiem vai trūkumiem jāiesniedz 30 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas.

12. INFORMĀCIJA PAR REGULĒJUMU



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Vācija



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



SEE INSTRUCTIONS FOR USE



BRĪDINĀJUMS: KOROZĪVS



NESTERILS



UZMANĪBU – SKATIET LIETOŠNAS INSTRUKCIJU



UZGLABĀŠANAS TEMPERATŪRA 10° līdz 25°C (50°F līdz 77°F)

CE0843

SIMBOLU SKAIDROJUMU SKATIET VIETNĒ WWW.AMERICANORTHO.COM

UZMANĪBU! FEDERĀLIE (ASV) TIESĪBU AKTI ŠO IERĪCI ĻAUJ PĀRDOT TIKAI ZOBĀRSTIEM/ORTODONTIEM VAI PĒC TO NORĀDĪJUMA.

Ticams, ka šajā lietošanas instrukcijā ietvertā informācija ir derīga un precīza. American Orthodontics tomēr nesniedz nekādas izteiktas vai netiešas garantijas attiecībā uz informāciju pilnīgumu visos iespējamajos apstākļos. **Vienmēr jāveic pamatoti drošības pasākumi.**