

1. IDENTIFICACIÓN DE LA COMPAÑÍA

Nombre de la compañía
American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

NÚMERO TELEFÓNICO DE EMERGENCIA 24 H
(920) 457-5051
Teléfono de información
(920) 457-5051

2. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Agente grabador ácido (gel/líquido)
Descripción del producto: Adhesivos: Agente grabador ácido al 37%
Número de referencia del producto: REF 020-028536 y REF 020-028535
Material: Ácido fosfórico

3. INDICACIONES DE USO, DOMINIO DEL USO

El Agente grabador ácido es un Agente grabador ácido fosfórico que se utiliza para grabar el esmalte y la dentina para promover la adherencia de adhesivos cebador/agente de cementación a la estructura dental y a los materiales de restauración.

4. CONTRAINDICACIONES

Es responsabilidad primera del profesional dental y/o el ortodoncista identificar cualquier posible contraindicación que pueda imposibilitar el uso de productos de American Orthodontics.

5. ADVERTENCIAS

El Agente grabador ácido contiene ácido fosfórico y es corrosivo. Evitar el contacto con los ojos, membranas mucosas y la piel. Consultar la Hoja de Datos "Ácido Fosfórico" de American Orthodontics.

El Agente grabador ácido contiene polifalocianina de cobre y quinolina amarilla/FD&C Amarilla N° 10. Los pacientes que sean sensibles o alérgicos a estos tintes no deben entrar en contacto con este producto.

6. EFECTOS SECUNDARIOS

Durante el uso, estos efectos secundarios no deseados pueden incluir reacciones alérgicas e incomodidad y dolor menores.

7. PROCEDIMIENTOS PREVIOS AL COMIENZO

1. Utilizando un instrumento giratorio con una copa o cepillo de goma, haga profilaxis de la(s) superficie(s) de esmalte a pegar.
2. No utilizar pastas de profilaxis que contengan aceite. Esto puede dejar una película que inhiba el grabado.
3. Aclarar a conciencia y secar los dientes con aire comprimido sin aire/humedad.

8. INSTRUCCIONES PASO A PASO

NOTA: Si utiliza otros agentes de grabado al ácido, consulte las instrucciones de uso del fabricante. El procedimiento a continuación es relevante solamente al Agente grabador ácido de American Orthodontics.

1. Dispense el Agente grabador ácido en el bloc de mezcla.
2. Aísle el diente para grabado.
3. Ponga el Agente grabador ácido en todo el área a pegar. No poner Agente grabador ácido en el esmalte. Evite poner Agente grabador ácido en tejidos blandos.
4. Deje 30 segundos para el grabado (60 segundos para dientes de leche).
5. Aclare cada diente con chorro de agua/aire durante 10 segundos (20 segundos para grabado con gel) para detener el proceso de grabado. El área grabada debe tener un aspecto blanco helado. En caso contrario, vuelva a grabar durante otros 10-15 segundos.
6. Quite las particularizadas desmineralizadas

9. ALMACENAMIENTO Y CONDICIONES DE TRANSPORTE

Almacenamiento

- Mantener el contenedor bien sellado.
- Almacenar entre 10°- 25° C (50°- 77° F)

- La vida útil a temperatura ambiente es según la fecha de caducidad. Rote el inventario para optimizar la vida útil.

Transporte

- Transportar a temperaturas entre 10°- 25° C (50°- 77° F)
- La manipulación brusca o basta puede provocar daños al producto

10. CONSIDERACIONES DE DESECHO

Se pueden diluir pequeñas cantidades de Agente grabador ácido con copiosas cantidades de agua por el desagüe. Las cantidades más grandes pueden desecharse según las leyes locales/estatales. Los envases vacíos pueden reciclarse después de una limpieza adecuada y a conciencia.

11. RESPONSABILIDAD POR GARANTÍA

Las reparaciones al cliente con respecto a toda reclamación que surja de cualquier defecto en productos o servicios estarán limitadas exclusivamente al derecho de reparación o sustitución de dichos productos (a la elección del vendedor) o al repago del precio de compra de los mismos. El vendedor no será responsable en ningún caso por daños resultantes o fortuitos, que incluyen lucro cesante en el que se incurra por parte del comprador con respecto a ningún producto o servicio suministrado por el vendedor. Las reclamaciones por daños o faltas deben presentarse en el plazo de 30 días desde la recepción del pedido.

12. INFORMACIÓN NORMATIVA



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Alemania



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



CONSULTAR INSTRUCCIONES DE USO



ADVERTENCIA CORROSIVO



NO ESTÉRIL



PRECAUCIÓN: CONSULTE LAS IFU

CE 0843



ALMACENAR ENTRE 10° - 25° C (50° - 77° F)

CONSULTAR WWW.AMERICANORTHO.COM PARA VER UN GLOSARIO DE SÍMBOLOS

PRECAUCIÓN: LA LEY FEDERAL RESTRINGE LA VENTA DE ESTE APARATO A DENTISTAS/ORTODONCISTAS O CON RECETA DE ESTOS.

Creemos que la información que se contiene en las IFU es válida y exacta. Sin embargo, American Orthodontics no hace ninguna garantía, ni expresa ni implícita en cuanto a la integridad de la información en todas las condiciones posibles. **Siempre se tienen que cumplir razonables precauciones de seguridad.**