

1. IDENTIFIERING AV FÖRETAGET

Företagets namn

American Orthodontics
3524 Washington Avenue
Sheboygan, WI 53081

LARMNUMMER, DYGNET RUNT

(920) 457-5051
Informationsnummer
(920) 457-5051

2. IDENTIFIERING AV PRODUKTEN

Produktnamn: Syraetsande medel (gel/vätska)
Produktbeskrivning: Bindemedel – 37 % fosforsyraetsvätska
Produktens artikelnummer: REF 020-028536 och REF 020-028535
Material: Fosforsyra

3. INDIKATIONER FÖR ANVÄNDNING, ANVÄNDNINGSDOMÄN

Det syraetsande medlet är ett fosforsyraetsningsmedel som används för etsning av emalj och dentin för att främja adhesion av medel för primer/bondingadhesiv på tandstrukturer och återställande material.

4. KONTRAINDIKATIONER

Det är tandläkarens och/eller tandregleringsspecialistens främsta ansvar att identifiera möjliga kontraindikationer som kan utesluta användning av produkter från American Orthodontics.

5. VARNINGAR

Det syraetsande medlet innehåller fosforsyra och är korrosiv. Undvik kontakt med ögonen, slemhinnor och hud. Se materialsäkerhetsbladet "Fosforsyra" från American Orthodontics.

Det syraetsande medlet innehåller kopparpolyftalocyanin och kinolingult/FD&C (livsmedel, läkemedel och kosmetika) Gul färg nr 10. Patienter som är känsliga för eller allergiska mot dessa färgämnen bör inte vara i kontakt med dessa produkter.

6. BIVERKNINGAR

Biverkningar som kan uppkomma under användning inkluderar allergisk reaktion och lindrigare obehag och smärta.

7. PROCEDURER FÖRE START

1. Använd ett rotationsinstrument med en gummikopp eller borste för att smörja emaljytan/emaljytorna som ska bondas.
2. Använd inte polerpasta som innehåller olja. Detta kan lämna kvar en film som kan hämma etsningen.
3. Skölj noggrant och torka tanden med tryckluft som är fri från olja/fukt.

8. STEG-FÖR-STEG-INSTRUKTIONER

OBSERVERA: Konsultera tillverkarens bruksanvisning om du använder andra gelbaserade etsningssystem.

Proceduren nedan är endast relevant för syraetsningsmedel från American Orthodontics.

1. Tryck ut syraetsningsmedel på en blandningsdyna.
2. Isolera tanden för etsning.
3. Klappa lätt syraetsningsmedlet på hela området som ska bondas. Gnid inte syraetsningsmedlet på emaljen. Undvik att placera syraetsningsmedel på mjukvävnad.
4. Det behövs 30 sekunder för etsning (60 sekunder för mjölktänder).
5. Skölj varje tand med en vatten-/luftstråle i 10 sekunder (20 sekunder för etsningsgel) för att avsluta etsningsprocessen. Det etsade området ska framstå som gråvitt. Om inte, etsa på nytt i ytterligare 10-15 sekunder.
6. Avlägsna avmineraliserade partiklar

9. LAGRINGS- OCH TRANSPORTFÖRHÅLLANDEN

Förvaring

- Håll behållaren väl försluten.
- Lagra mellan 50° - 77° F (10° - 25°C)
- Hållbarhetstiden i rumstemperatur överensstämmer med utgångsdatumet. Låt lagret cirkulera för optimal hållbarhet.

Transport

- Transportera i temperaturer mellan 50° - 77°F (10° - 25°C)
- Oaktsam hantering kan skada produkten

10. AVFALLSHANTERING

Små mängder av syraetsningsmedel kan spädas ut med en riklig mängd vatten ner i avloppet. Större mängder ska slängas i enlighet med lokal/statlig lagstiftning. Tomma förpackningar kan återanvändas efter noggrann och ordentlig rengöring.

11. GARANTISKYLDIGHET

Köparens möjlighet till prövning med hänsyn till anspråk som görs till följd av brister i varor eller tjänster ska begränsas uteslutande till rätten till reparation eller ersättning av sådana varor (om säljaren så väljer) eller till återbetalning av inköpspriset. Under inga omständigheter ska säljaren vara ansvarig för eventuella indirekta eller oförutsedda skador inklusive förlorad vinst som köparen lidit gällande varor eller tjänster som säljaren har tillhandahållit. Anspråk vid skador eller brister ska göras inom 30 dagar från mottagandet av ordern.

12. REGLERINGSINFORMATION



MT Promedt Consulting GmbH • Altenhofstrasse 80 • 66386 St. Ingbert, Tyskland



American Orthodontics • 3524 Washington Avenue • Sheboygan, WI 53081 • (920) 457-5051



SE BRUKSANVISNINGEN



VARNING KORROSIVT



ICKE-STERIL



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD – KONSULTERA BRUKSANVISNINGEN



LAGRA MELLAN 50°F - 77°F (10° - 25°C)

CE 0843

SE WWW.AMERICANORTHO.COM FÖR SYMBOLFÖRTECKNING

FÖRSIKTIGHET: ENLIGT FEDERAL LAG FÅR DENNA ENHET ENDAST SÄLJAS TILL
TANDLÄKARE/TANDREGLERINGSSPECIALISTER ELLER ENLIGT ORDINATION AV SÅDAN.

Informationen i bruksanvisningen kan antas vara giltig och korrekt. American Orthodontics ger dock ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, för att informationen är fullständig under alla möjliga förhållanden. **Rimliga säkerhetsåtgärder ska alltid vidtas.**